



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 57.01.05.000.М.000106.04.24

от 05.04.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) согласно приложению

Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области " Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З.И.Круглой": Орловская область, г.Орел, ул. Генерала Жадова, д. 4 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области " Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи детям имени З.И.Круглой": Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1. 1192-03 " Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СП 2.6.1.2612-10 " Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности", СанПиН 2.6.1.2523-09 " Нормы радиационной безопасности", СП 2.1.3678-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,выполнение работ или оказание услуг"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):


Экспертное заключение № 301-109-Эд-О-1958-29.03.2024 от 03.04.2024г, выданное ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области".



13.04.2029 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3625688



Номер листа: 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 57.01.05.000.М.000106.04.24 от 05.04.2024 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) согласно приложению

Приложение:

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: рентгенодиагностический кабинет № 108 с маммографом рентгеновским цифровым "Верона Компакт", заводской номер 01 250 00 24

Технические характеристики:

- Номинальная мощность- 4 кВт
- Частота инвертора-100 кГц
- Диапазон изменения напряжения- 20-35 кВ
- Малый фокус- от 10 до 200 мАс
- Большой фокус- от 10 до 560 мАс
- Анодный ток- 35-140 мА

Ограничительные условия:

соблюдение требований СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.1192-03 " Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований". СП 2.1.3678-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,выполнение работ или оказание услуг"



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0319308